

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Γεωργίου Δαμάσκου 1, Ολυμπιακό Χωριό,
Αχαρνές, τκ 13677

Αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ
ΑΔΑΜ: 24PROC014641943
Ολυμπιακό Χωριό, 22-04-2023
Αρ.Πρωτ.: 3526

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέμα : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ [ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ] ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ – Α ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΠΟΧ

Προϋπολογισμός 5.930 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΑ	ΩΡΑ
Στην έδρα της Εταιρείας (Γεωργίου Δαμασκού 1, Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού, Τ.Κ. 13677) – Γραφείο Προμηθειών	29 -04-2024	Δευτέρα	12:00

ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ
<p>ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ [ΠΛΗΡΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ]</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής LCD μεγέθους 10 ιντσών τουλάχιστον για μεγαλύτερη ευκολία χρήσης, με ταυτόχρονη απεικόνιση δώδεκα (12) κυματομορφών . - Να διαθέτει σύστημα παθητικής ψύξης για αποφυγή συσσώρευσης σκόνης στο εσωτερικό του μόνιτορ χωρίς χρήση ανεμιστήρα για αθόρυβη λειτουργία. - Να διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία αυτονομίας μεγαλύτερης των τεσσάρων (4) ωρών και να διαθέτει προστασία από διακυμάνσεις τάσεως όταν είναι συνδεδεμένο στο ρεύμα. - Να είναι φορητό με τροχήλατη βάση και να διαθέτει θήκη για τα εξαρτήματα. - Να διαθέτει ενισχυτές για την παρακολούθηση του ηλεκτροκαρδιογραφήματος (ECG), του κορεσμού οξυγόνου στο αίμα (SpO2), την αρτηριακή πίεση (PR,NIBP), τη θερμοκρασία (TEMP) και την αναπνοή - Respiratory rate (RESP) σε πραγματικό χρόνο. - Να διαθέτει συναγερμό (Alarms) με οπτικοακουστική ειδοποίηση , μνήμη τουλάχιστον 7 ημερών και δυνατότητα αποθήκευσης τουλάχιστον 200 στιγμιότυπων οθόνης (snapshots). - Να διαθέτει θύρα USB, θύρα HDMI, θύρα Ethernet. - Να διαθέτει θερμογραφικό τριών κυματομορφών και να παραδοθεί με δέκα ρολά θερμικό χαρτί. - Να διαθέτει καλώδιο ΗΚΓφήματος, περιχειρίδες τριών μεγεθών (S, M , L) και αισθητήρες 	<p style="text-align: center;">1</p>

θερμοκρασίας δέρματος και παλμικής οξυμετρίας δακτύλου με ψηφιακή ένδειξη του κορεσμού (επί τοις %) με σύστημα αποφυγής παρασίτων σε περίπτωση κινήσεων του ατόμου.

- Να έχει τη δυνατότητα να καταγράφει ηλεκτροκαρδιογράφημα από 4 απαγωγές στην οθόνη μέσω 3πολικού και 5πολικού καλωδίου και να έχει τη δυνατότητα ανάλυσης του διαστήματος ST με σύστημα αποφυγής παρασίτων σε περίπτωση κινήσεων του ατόμου.
- Να ανιχνεύει την ύπαρξη βηματοδότη και να απεικονίζεται στην οθόνη.
- Να υπάρχει εγκατεστημένος αλγόριθμος για την αποφυγή παρασίτων σε περίπτωση κινήσεων του ατόμου.
- Να έχει αλγόριθμο ανίχνευσης αρρυθμιών τεσσάρων (4) απαγωγών για την εκτίμηση αρρυθμιών.
- Να μετρά την αρτηριακή πίεση αυτόματα και χειροκίνητα με σύστημα αποφυγής παρεμβολών σε περίπτωση κινήσεων του ατόμου.
- Να υπάρχει εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών από την ημερομηνία πλήρους λειτουργίας του και να βεβαιώνεται εγγράφως η διάθεση ανταλλακτικών για 10 έτη.
- Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας και να διαθέτουν σήμανση CE.
- Να διατίθεται από αντιπρόσωπο που διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001 και ISO 13485 που αφορά

	στη διακίνηση και την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων.	
ΓΥΨΟΠΡΙΟΝΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ	<p>Να είναι ειδικό ηλεκτρικό πριόνι κοπής για γύψους όλων των ειδών που χρησιμοποιούνται στην ορθοπεδική.</p> <p>Να διαθέτει ειδικούς δίσκους κοπής σε διάφορα μεγέθη και σχήματα.</p> <p>Η κοπή του γύψου να επιτυγχάνεται μέσω παλμικών κινήσεων.</p> <p>Να παρέχει απόλυτη ασφάλεια και ακρίβεια.</p> <p>Να διαθέτει αθόρυβο μοτέρ με ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου της ταχύτητας.</p>	1
ΑΝΑΒΑΘΡΟ ΚΛΙΝΗΣ ΜΟΝΟ	<p>Μεταλλικής κατασκευής</p> <p>Με αντλιοσθητική πλαστική επιφάνεια</p>	2
ΖΥΓΑΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕ ΚΟΛΟΝΑ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΟ ΑΝΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΟ	<p>Να έχει μεγάλη ακρίβεια.</p> <p>Η μέτρηση να γίνεται με βαθμονόμηση 100g.</p> <p>Να διαθέτει τροχήλατη βάση για την εύκολη μεταφορά.</p> <p>Να έχει τα παρακάτω:</p> <p>Μέγιστο βάρος: έως 200kg</p> <p>Διαβάθμιση: 100gr</p> <p>Ύψος αναστημόμετρου: έως 200cm ή και παραπάνω</p> <p>Διαβάθμιση αναστημόμετρου: 1mm</p>	1
ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΑΠΟΤΡΥΓΩΣΗΣ	<p>ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΕΔΡΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ SADENT</p>	1

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΕΜΥ Α.Ε.

ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ